Mode d'emploi
Silicones de duplication Exaktosil
Exaktosil N 17 / N 21 / Rapid 21

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser le produit.

1. Domaine d'application
Les silicones de duplication Exaktosil sont à 2 composants (A + B) et s'utilisent pour la confection de duplicata.

2. Utilisation
Préparer le modèle à dupliquer comme à l'accoutumée. Le coffret DK-Sil (N° de cde 250 0010 0) peut être utilisé pour concevoir le moule.
Mélanger manuellement les composants A + B selon le ratio 1 :1 jusqu'à obtention d'une consistance homogène, c'est-à-dire lorsque le mélange présente une teinte unifiée. Malaxer ensuite sous vide pendant 30 secondes. Couler le silicone en un mince filet ininterrompu dans le moule.

3. Données techniques

	Exaktosil N 17	Exaktosil N 21	Exaktosil Rapid 21
Plage de manipulation à partir du début du mélange à 23°C	5 minutes	5 minutes	3 minutes
Temps de prise à partir du début du mélange à 23°C	30 minutes	30 minutes	12 minutes
Variation dimensionnelle linéaire	1,8%	1,8%	1,8%
Dureté	17 Shore A	21 Shore A	21 Shore A
Allongement à la rupture	260%	350%	350%
Résistance à la déchirure	0,72 N/mm²	1,25 N/mm²	1,25 N/mm²

4. Consignes de sécurité et identification des dangers
4.1 Porter des lunettes, des gants et une blouse lors de la manipulation de Exaktosil.
4.2 Le matériau Exaktosil renversé rend le sol glissant !
4.3 En cas de contact avec la peau, laver abondamment à l'eau froide-tiède et au savon.
4.4 En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau pendant au moins 15 minutes et consulter éventuellement un médecin.
4.5 En cas d'ingestion de Exaktosil, consulter un médecin.

5. Elimination
Le matériau Exaktosil durci peut être jeté dans les ordures ménagères. Le matériau non durci doit être éliminé dans un incinérateur prévu à cet effet.

6. Stockage
Conserver Exaktosil dans des récipients bien étanches à une température maximale de 30°C.

7. Divers
Les indications contenues dans ce mode d'emploi sont constamment révisées en fonction des dernières connaissances et expériences acquises. Nous vous conseillons donc de relire ce mode d'emploi avant d'utiliser une nouvelle boîte.
Ce mode d'emploi concerne :
Exaktosil N 17 N° de cde 540 0103 4, 540 0103 5, 540 0112 A, 540 0112 B, 540 0113 A et 540 0113 B.
Exaktosil N 21 N°de cde 540 0102 0, 540 0102 1, 540 0102 A, 540 0102 B, 540 0103 A et 540 0103 B.
Exaktosil Rapid 21 N° de cde 540 0102 2, 540 0102 3, 540 0104 A, 540 0104 B,
540 0105 A et 540 0105 B.

bredent
Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Germany · Tel. (+49) 0 73 09 / 8 72-4 42 · Fax (+49) 0 73 09 / 8 72-4 44
www.bredent.com · e-mail info@bredent.com
édition:15.03.00/OF